

투명하고 청렴한 클린 식약청



부산지방식품의약품안전청



수신자 수신자 참조
(경유)

제목 의약품 회수사실 알림 [수성위생재료공업사-수성탈지면(수입)]


1. 우리 청에서는 '수성위생재료공업사'의 의약품 "수성탈지면"의 품질 부적합 사유로, 약사법 제71조의 규정에 의하여 아래와 같이 회수명령 조치하였음을 알려드리니 판매업체 점검 등 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 회수 대상 의약품 내역

업체명	제품명	제조번호 (제조일자)	회수 사유	비고
수성위생 재료공업사	수성탈지면 (수입)	2108902 (2010. 3. 2)	품질 부적합 (순도시험 부적합)	세부사항 회수안내문 참조

2. 아울러, 관련 협회에서는 귀 회원사에 동 사실을 널리 알려 당해 제품이 유통 판매되지 않고 원활히 회수될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 의약품등 회수 안내문 1부. 끝.



부산지방식품의약품안전청

수신자 식품의약품안전청장(화장품정책과장), 서울지방식품의약품안전청장(식품안전과장), 경인지
 방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 대구지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 광
 주지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 대전지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장),
 서울특별시(보건정책담당관), 부산광역시(보건위생과장), 대구광역시(보건과장), 경기도
 지사(보건정책과장), 대전광역시(보건정책과장), 경상북도지사(보건정책과장), 광주광역시
 (보건위생과장), 울산광역시(보건위생과장), 제주특별자치도지사(보건위생과장), 전라북도지
 사(보건위생과장), 충청남도지사(보건행정과장), 전라남도지사(보건한방과장), 경상남도지사(식
 품의약품안전과장), 강원도지사(식품의약품안전과장), 충청북도지사(식품의약품안전과장), 인천광역시
 장(보건정책과장), 대한약사회, 한국제약협회, 한국의약품도매협회

주무관 **정욱진** 의료제품안전과 07/16
 장 **김명안**

협조자

시행 의료제품안전과-3650 (2010. 07. 16.) 접수

우 614-720 부산 부산진구 범천1동 누리엔 14층

/ <http://busan.kfda.go.kr>

전화 051-602-6187

전송 051-602-6247

/ grand8264@korea.kr

/ 대국민공개

친절·청렴 행정, 식약청의 자존심입니다. 부조리신고센터(www.kfda.go.kr)

〈의약품 회수 안내문〉

□ 회수명령자

기관명	담당부서	담당자	연락처	
			전화	FAX
부산지방식품의약품안전청	의료제품안전과	정옥진	051-602-6187	051-602-6247
회수사유	순도시험(흡수량) 시험결과 : 71.4356g [기준 : 100.0g 이상]		회수등급	3

□ 회수의무자

제조(수입)업체	수성위생재료공업사		
소재지	경남 양산시 웅상읍 평산리 564-38		
전화번호	055-367-6970	FAX번호	055-364-2372

□ 회수대상 제품

제품명	수성탈지면(수입)			분류	의약외품
주성분	탈지면				
효능·효과	-				
포장단위	450g	제조번호	2108902	제조일자	2010. 3. 2

부산지방식품의약품안전청에서는 상기와 같은 사유로 약사법 제71조에 의하여 동 제품을 회수명령 조치하였습니다.

회수대상 의약품을 취급하고 있거나 보유하고 계시는 의약품 취급자는 의약품의 사용 또는 유통·판매를 중지하여 주시기 바랍니다.

아울러, 동 사실을 귀 기관의 회원 및 일반소비자가 알 수 있도록 홈페이지 등에 게시하여 주시기 바라며, 회수대상 의약품의 원활한 회수가 이루어질 수 있도록 회수의무자에게도 적극 협조하여 주실 것을 당부드립니다.

2010. 7. 16.

부산지방식품의약품안전청장

