

투명하고 청렴한 클린 식약청



경인지방식품의약품안전청



수신자 수신자 참조
(경유)

제목 의약외품 회수사실 알림 [은진위재-은진봉대3호(10×540)외 1품목,
동아제약-템포슈퍼]

1. 우리 청에서는 ‘은진위재’의 의약외품 제조품목 “은진봉대3호(10×540), 은진봉대3호(5×540)” 및 ‘동아제약(주)’의 의약외품 제조품목 “템포슈퍼”의 품질 부적합 사유로, 약사법 제71조의 규정에 의하여 아래와 같이 회수명령 조치하였음을 알려드리니 판매업체 점검 등 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 회수 대상 의약외품 내역

업체명	제품명	제조번호(제조일자)	회수 사유
은진위재	은진봉대3호(10×540) 은진봉대3호(5×540)	2223(2010.01.14)	품질 부적합 [성상(질량)시험 부적합]
동아제약(주)	템포슈퍼	10552(2010.05.26.)	품질 부적합 (흡수량시험 부적합)

2. 아울러, 관련 협회에서는 귀 회원사에 동 사실을 널리 알려 당해 제품이 유통·판매되지 않고 원활히 회수될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 의약품등 회수 안내문 1부. 끝.

경인지방식품의약품안전청장

수신자 보건복지부장관(의약품정책과장), 식품의약품안전청장(위해예방정책과장), 식품의약품안전청장(의약품관리과장), 서울지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 부산지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 대구지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 광주지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 대전지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장), 서울특별시(보건정책과장), 부산광역시(보건위생과장), 대구광역시(보건과장), 인천광역시(보건정책과장), 광주광역시(건강정책과장), 대전광역시(보건정책과장), 울산광역시(보건위생과장), 경기도지사(보건정책과장), 강원도지사(식품의약품안전과장), 충청북도지사(식품의약품안전과장), 충청남도지사(식품의약품안전과장), 전라북도지사(보건위생과장), 전라남도지사(보건한방과장), 경상북도지사(식품의약품안전과장), 경상남도지사(식품의약품안전과장), 제주특별자치도지사(보건위생과장), 건강보험심사평가원장, 한국소비자원장, 한국의약품수출입협회, 한국제약협회, 한국다국적의약품협회, 한국의약품도매협회, 대한약사회, 대한화장품협회

주무관

오현아

주무관

김상현

사무관

이현희

의료제품안전과 전결 10/19

장

김관성

협조자

시행 의료제품안전과-7801 (2010. 10. 19.) 접수

우 402-835 인천 남구 주안1동 120번지 경인지방식품의약품안전청 / http://gyeongin.kfda.go.kr
의료제품안전과

전화 032-450-3329 전송 032-442-4614 / ohasm@korea.kr / 비공개(6)

친절·청렴 행정, 식약청의 자존심입니다. 부조리신고센터(www.kfda.go.kr)

<의약품등 회수 안내문>

☐ 회수명령자

기관명	담당부서	담당자	연락처	
			전화	FAX
경인지방식품의약품안전청	의료제품안전과	오 현 아	032-450-3316	032-442-4614
회수사유	품질부적합 (질량시험 부적합)		회수등급	3등급

☐ 회수의무자

제조(수입)업체	은진위재		
소재지	경기도 안성시 공도읍 승두리 715-1번지		
전화번호	031-658-6800	FAX번호	031-981-1305

☐ 회수대상 제품

제품명	은진봉대3호(10×540) 은진봉대3호(5×540)	분류	의약외품
주성분	거즈		
효능·효과	창상 및 수술후 처치용		
포장단위	자사포장단위	제조번호(제조일자)	2223(2010.01.14)

경인지방식품의약품안전청에서는 상기와 같은 사유로 **약사법 제 71조**에 의하여 동 제품을 **회수명령**을 조치하였습니다.

회수대상의약품등을 취급하고 있거나 보유하고 계시는 의약외품 취급자는 의약외품의 **사용 또는 유통·판매를 중지**하여 주시기 바랍니다.

아울러, 동 사실을 귀 기관의 회원 및 일반소비자가 알 수 있도록 홈페이지 등에 게시하여 주시기 바라며, 회수대상의약품등의 **원활한 회수**가 이루어질 수 있도록 **회수의무자에게도 적극 협조**하여 주실 것을 당부 드립니다.

2010. 10. 19.

경인지방식품의약품안전청장 관인
생략

<의약품등 회수 안내문>

☐ 회수명령자

기관명	담당부서	담당자	연락처	
			전화	FAX
경인지방식품의약품안전청	의료제품안전과	오 현 아	032-450-3316	032-442-4614
회수사유	품질부적합(흡수량시험 부적합)		회수등급	2등급

☐ 회수의무자

제조(수입)업체	동아제약(주)			
소재지	경기도 이천시 사음동 240-1			
전화번호	02-920-8875	FAX번호	02-924-2662	

☐ 회수대상 제품

제품명	템포슈퍼			분류	의약외품
주성분	-				
효능·효과	여성 생리 처리용				
포장단위	자사 포장단위	제조번호	10552	제조일자	2010.05.26

경인지방식품의약품안전청에서는 상기와 같은 사유로 **약사법 제 71조**에 의하여 동 제품을 **회수명령**을 조치하였습니다.

회수대상의약품등을 취급하고 있거나 보유하고 계시는 의약외품 취급자는 의약외품의 **사용** 또는 **유통·판매**를 중지하여 주시기 바랍니다.

아울러, 동 사실을 귀 기관의 회원 및 일반소비자가 알 수 있도록 홈페이지 등에 게시하여 주시기 바라며, 회수대상의약품등의 **원활한 회수**가 이루어질 수 있도록 **회수의무자**에게도 적극 **협조**하여 주실 것을 당부 드립니다.

2010. 10. 19.

경인지방식품의약품안전청장 관인
생략